



----- Site do Inmetro -----



# RBC

Rede Brasileira de Calibração

Listar Laboratórios

Consulta Laboratórios

Consulta Serviços



## Consulta

<b>Credenciamento N°</b>	<b>388</b>
<b>Data da Acreditação</b>	<b>16/10/2007</b>
<b>Data de Validade do Certificado</b>	<b>16/10/2011</b>
<b>Última Revisão do Escopo</b>	<b>30/11/2009</b>
<b>Nome do Laboratório</b>	<b>CALIBRATEC COMÉRCIO E CALIBRAÇÕES DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA. CALIBRATEC COMÉRCIO E CALIBRAÇÕES DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.</b>
<b>Situação</b>	Ativo
<b>Endereço</b>	RUA DR. NESTOR, 14
<b>Bairro</b>	FONTE GRANDE
<b>CEP</b>	32013620
<b>Cidade</b>	CONTAGEM
<b>Estado</b>	MG
<b>Telefone</b>	(31) 3398-9022
<b>Fax</b>	(31) 3398-9022
<b>Área</b>	TEMPO E FREQUÊNCIA
<b>Gerente Técnico</b>	GLEICIO MATIAS DE ABREU
<b>Email</b>	<a href="mailto:gleicio@calibratec.com.br">gleicio@calibratec.com.br</a>

Descrição do Serviço	Faixa	Melhor Capacidade de Medição
<i>(Realizados no endereço acima)</i>		
MEDIDAS DE INTERVALO DE TEMPO		
Gerador de Intervalo de Tempo	4µs até 50 µs	0,0058 µs
	> 50µs até 500 µs	0,058 µs
	> 500µs até 1000µs	0,12µs
	>1ms até 5ms	0,00058ms
	>5ms até 25ms	0,0029ms
	>25ms até 100 ms	0,035ms
	> 100ms até 200ms	0,14ms
	>200ms até 250ms	0,29ms
MEDIDAS DE FREQUÊNCIA		
Geradores de Frequência	3 Hz até 10 Hz	0,0058 Hz
	> 10 Hz até 40 Hz	0,014 Hz
	> 40 Hz até 100 Hz	0,012 Hz
	> 100 Hz até 500 hz	0,058 Hz
	> 500 Hz até 5000 Hz	0,58 Hz

> 5 kHz até 10 kHz	0,0012 kHz
> 20 kHz até 50 kHz	0,0058 kHz
> 50 kHz até 100 kHz	0,012 kHz
> 100 kHz até 300 kHz	0,035 kHz

